

单一来源采购方式专业人员论证意见

<p>项目信息</p>	<p>项目名称：宿州市立医院电切镜（双极前列腺电切镜）采购项目</p>
	<p>供应商名称：杭州晟泰禾医疗器械有限公司</p>
<p>专家人员论证意见</p>	<p>最终结论：该院手术室内有两套EHE-300D能量平台，此次申请采购的双极等离子电切镜系统需要兼容现有的能量平台，达到预期的使用效果；由于目前在用的腹腔镜系统为STORZ高清摄像系统，因此所摄像清晰，配以双极等离子前列腺电切镜器械，能够达到最佳的手术效果，成像清晰、色彩还原度等，客观评价使用的手术效果，只能从原仪器设备的高处入手，符合法律法规有关单一来源采购方式的规定，在采购时保持一致同意采用单一来源采购方式采购该仪器设备</p>
<p>专业人员签字</p>	<p>郭津生 丁学红 李超</p>

日期：2022年11月15日

