


单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：宿州市立医院骨科手术牵引架采购项目 供应商名称：安徽省鸿佳医疗贸易有限公司
专家人员论证意见	最终结论：医院在用的电动综合手术床为迈瑞品牌其型号为HyBase6300，只能匹配迈瑞公司的骨科牵引架，其它公司生产的骨科牵引架无法与之匹配，专家论证小组一致同意采用单一来源采购方式采购。
专业人员签字	

日期：2023年01月11日