

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                            |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 专业人员信息   | 姓名： 陈彦                                                                                     |              |
|          | 职称： 教授                                                                                     |              |
|          | 工作单位： 安徽大学                                                                                 |              |
| 项目信息     | 项目名称：宿州市立医院胸腔镜（镜体）单一来源采购项目                                                                 |              |
|          | 供应商名称：国药器械安徽省嘉宁医疗设备有限公司                                                                    |              |
| 专业人员论证意见 | <p>采购方现有奥林巴斯主机29081次，仅能与SLTF TYPE240胸腔镜匹配，为保证主机系统成本、图像质量与设备稳定性，故采购与同一品牌相匹配的胸腔镜是唯一正确选择。</p> |              |
| 专业人员签字   | 陈彦                                                                                         | 日期：2024年6月7日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                              |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 专业人员信息   | 姓名：                                                          | 金少峰                   |
|          | 职称：                                                          | 主任医师                  |
|          | 工作单位：                                                        | 市疾控中心                 |
| 项目信息     | 项目名称：                                                        | 宿州市立医院胸腔镜（镜体）单一来源采购项目 |
|          | 供应商名称：                                                       | 国药器械安徽省嘉宁医疗设备有限公司     |
| 专业人员论证意见 | 该院现使用奥林巴斯主机290系3道，仅能与LTFTYPE240腔镜匹配，其他胸腔镜无法对接，故采用单一来源采购方式采购。 |                       |
| 专业人员签字   | 金少峰                                                          | 日期：2024年6月7日          |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                           |                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 专业人员信息   | 姓名:                                                       | 江子月                   |           |
|          | 职称:                                                       | 高工                    |           |
|          | 工作单位:                                                     | 安徽农业大学                |           |
| 项目信息     | 项目名称:                                                     | 宿州市立医院胸腔镜（镜体）单一来源采购项目 |           |
|          | 供应商名称:                                                    | 国药器械安徽省嘉宁医疗设备有限公司     |           |
| 专业人员论证意见 | 为了保证图像质量与设备稳定性,考虑到与同品牌主机的匹配性和协同性,更好满足临床需求与诊断质量,故采用单一来源采购. |                       |           |
| 专业人员签字   | 江子月                                                       | 日期:                   | 2024年6月7日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

采购项目需求进行如下审查：

为了保证图像质量与设备稳定性，为保证主机系统成本，  
视有奥林巴斯主机290系统仅能与LTHYPF 240相机镜头  
匹配，故采用单一采购方式采购！

论证专家签字：

陈彦 冯子明 金少华

2024年06月07日