



中测校准
ZHONGCE CALIBRATION



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9025

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 校准字第 096605006001-0003 号
Certificate No.

委托方 宿州市立医院北区
Customer
地址 安徽省宿州市埇桥区汴阳三路616号市立医院(北区)
Address
样品名称 医用低温冰箱
Name Of Sample
制造厂/商 海信容声(广东)冷柜有限公司
Manufacturer
型号/规格 HD-86L390
Type/Specification
出厂编号 1L239000901PD12PDFS0005
Ex-Factory No.



授权批准人 隋峰梅
Approved by
核验员 刘申勇
Checked by
校准员 任天復
Calibrated by

样品接收日期 2026 年 05 月 11 日
Rcvd Date Year Month Day
校准日期 2026 年 05 月 11 日
Calibration Date Year Month Day
发布日期 2026 年 05 月 12 日
Issued Date Year Month Day



中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可证书号: No. L9025

China National Accreditation Service for Conformity Assessment Accreditation Certificate No. L9025

业务电话: 0531-82958319

监督电话: 0531-82958319

Telephone

Telephone

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区孙村街道港兴二路
南路99号联东U谷章锦综合保税区科创中心11号楼602、702

邮编: 250014

Address

Post Code

传真: 0531-82958319

电子邮件: sdzcjzzk@outlook.com

Fax

E-mail

本次校准所依据的技术文件（代号、名称）
Reference Documents For Calibration (Code,Name)
JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度校准规范》

本次校准所使用的主要器具
Main Standards Of Measurement Used In The Calibration

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	溯源机构 Issued Lab.	有效期至 Valid Date To
温湿度场巡检仪	温度：（-80～300）℃； 湿度：（30～90）%RH	温度：U=0.04° C k=2；湿度：U=0.64%RH k=2	C85018706-0017	山东中测校准质控技术有限公司	2026-09-26

溯源性：本次校准使用的计量标准器具均经过有效溯源
Traceability The measurement standard instruments used in this calibration have been traced back to their source effectively.

校准环境条件：
Environmental Conditions In The Calibration

地 点：
Place

检 验 科

环境温度：
Ambient Temperature

23.7 °C

相对湿度：
Relative Humidity

43 %RH

其它：
Others

/

注： 1. 本校准结果，仅对受校样品的本次校准有效。
It's Effect That The Results Of This Report Relate Only To The Sample(S) Calibrated.
2. 未经本公司许可，不得部分复制本证书。
This Certificate Cannot Be Partly Copied If Not Allowed By The Company.
3. 若检测项目或参数中包含“*”项，则为非CNAS认可项
If the test item or parameter contains "*" item,it is not CNAS approved item.

校准数据/结果
Data/Results of Calibration

校准结果

设定温度 (°C)	仪表显示温度 (°C)	温度上偏差 (°C)	温度下偏差 (°C)	温度波动度 (°C/30min)
-79.5	-79.4	0.531	-0.208	±0.370
允许误差(°C)：		± 2.0		± 0.5
不确定度：		$U=$ 0.21 °C $k=2$		

*建议复校时间间隔为 12 个月
(以下空白)

